

SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA 003/2011

JUNTA DE ACLARACIONES

En la ciudad de Saltillo, capital del Estado de Coahuila de Zaragoza, siendo las 14:00 hrs. del día 22 de noviembre de 2011, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 42, 43 fracción I, 51 Y 52 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Coahuila de Zaragoza y en las bases de la licitación nacional 003/2011, para la adquisición de material de curación incluidos en el "catálogo de material de curación" del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, se reunieron en el Salón "Presidentes" ubicado en el edificio que ocupa el Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, en Boulevard los Álamos #3685-3 Col. San José de los Cerritos en esta ciudad de Saltillo Coahuila, para llevar a cabo la Junta de Aclaraciones, los proveedores interesados cuyos nombres y firmas figuran al calce y final de esta acta; así como los funcionarios siguientes:

Profr. Francisco Benito Parra Míreles, Director del Consejo de Administración del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación y Presidente del Subcomité de Adquisiciones del mismo, el Profr. Ricardo Quiroz Zamora, Subdirector Financiero del Consejo de Administración del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación y Secretario del Subcomité de Adquisiciones del mismo y Dr. Jaime Rodríguez González, Vocal Ejecutivo del Consejo de Administración del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación y Vocal del Subcomité de Adquisiciones de este organismo, así como Dictaminador Técnico y se hace notar la ausencia del representante de la Secretaria de la Función Pública.

El Profr. Francisco Benito Parra Míreles, en su carácter de Director del Consejo de Administración del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación hace uso de la palabra para dar la bienvenida y agradecer la asistencia de los participantes y explica de manera suscrita el motivo de la reunión, destacando la importancia del evento y en seguida concede el uso de la palabra a quien lo solicita para los efectos que estimen pertinentes y en este orden se hacen las siguientes:

*[Handwritten signatures and initials scattered across the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA 003/2011

JUNTA DE ACLARACIONES

ACLARACIONES

Por el Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación:

1. En el anexo número 3 debe cambiarse el artículo 49 por el artículo 73
2. Para la garantía del cumplimiento de contrato únicamente se aceptará fianza
3. La partida 658 dice 5000 ml, debe cambiarse a 500ml.
4. Las partidas que incluyen las sonda Foley los globos son de 5 mm de diámetro (689,690,691,692,693,694,695,696,697,698,699,700,701,702,703,704,705,706,707,708,709,710,711,712,713)
5. Se elimina de la licitación la partida 325, pero no se elimina el renglón.

Por los licitantes:

Grupo Moravi

1.- En referencia a que las muestras, en la página 24, dice que se señalan en forma individual y por familia, no viene explícita esta última, querer decir que se entregaran todas??

**Si se entregaran todas por familia, especificando las partidas.**

2.- En las partida 126, 127 y 128, la caja trae 250, y 100 piezas respectivamente, se entregara caja completa en las muestras??

**No, solo una pieza por partida**

3.- En la partida 543, de que marca es el oxímetro?, para saber si lo podemos cotizar.  
**N-25 Nellcor**

4.- En las partidas 689 a la 700 de las sondas para drenaje urinario tipo foley de látex, no menciona si son c/globo 5 o 30.

**Con Globo 5mm**

SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA 003/2011

JUNTA DE ACLARACIONES

Laboratorios PISA, S.A. de C.V.

.- 10.2.1 DOCUMENTOS TECNICOS COMPLEMENTARIOS Y PROPUESTA TECNICA, NUMERAL 4, REFERENTE AL ANEXO NUMERO 3, EN LAS BASES DICE: LA REPRESENTADA NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 73 Y EN EL ANEXO DICE: ARTICULO 49, SOLICITO A LA CONVOCANTE, NOS ACLARE QUE ARTICULO ES EL QUE DEBEMOS TOMAR PARA LA ELABORACION DE DICHO DOCUMENTO.

Ya se informo en las aclaraciones del Servicio Médico para los trabajadores de la Educación

.- 10.2.1 NUMERAL 8, REFERENTE A LA GARANTIA DE LOS BIENES, LAS BASES HABLAN DE DE UN PERIODO DE VIGENCIA DE CINCO AÑOS Y EN EL ANEXO NO HACEN MENCION DEL PERIODO.

ASI COMO TAMBIEN LAS BASES HABLAN DE UNA CADUCIDAD IGUAL O MAYOR A 18 MESES, Y EN EL ANEXO VIENE UN PERIODO DE 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.

SOLICITO A LA CONVOCANTE ACLARE: ¿CUAL ES LA LA INFORMACION CORRECTA QUE DEBE LLEVAR EL ANEXO?

**El anexo debe llevar 18 meses**

.- 10.2.1 NUMERAL 9. COMO MI REPRESENTADA ES FABRICANTE, ES CORRECTO ENTENDER QUE EL ANEXO NUMERO 9 NO APLICA Y QUE: ¿EL NO PRESENTARLO NO SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION?

**Se debe presentar**

10.2.1 NUMERAL 10, CARTA CANJE: ¿SE REFIERE AL ANEXO 11? O ES CORRECTO ENTENDER QUE SE TRATA DE UN ESCRITO LIBBRE.

**Si, se debe entender que se trata de un escrito libre**

10.2.2 PROPUESTA TECNICA, DOCUMENTO 1-T, SOLICITO A LA CONVOCANTE ACLARE: ¿ A QUE SE REFIERE LA COLUMNA DE UNIDAD DE MEDIDA, ASI COMO LA COLUMNA, PRESENTACION.?

**Se debe respetar el catalogo anexo 1 y los documentos anexos de las propuestas de las bases de esta licitación.**

.- 10.2.2. PROPUESTA TECNICA. DOCUMENTO 1-T, EN LA COLUMNA FECHA DE ENTREGA: ¿ES CORRECTO ANOTAR LA LEYENDA "ME APEGO A BASES"?

**Si es correcto**

SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA 003/2011

JUNTA DE ACLARACIONES

- ES CORRECTO ENTENDER QUE EN EL ANEXO 1-A Y ANEXO 1-B, ¿BASTA CON SOLO ESPECIFICAR LOS BIENES OFERTADOS POR MI REPRESENTADA?

**Si, pero se deben respetar los renglones de las partidas que no propongan (renglon seguido)**

- 10.2.2. PROPUESTA ECONOMICA Y GARANTIA DE SOSTENIMIENTO, EN EL DOCUMENTO 1-E, ANEXO 1-B, ¿ES NECESARIO TOTALIZAR LA PARTIDAS LICITADAS?

**Si es correcto.**

SOLUCIONES Y MATERIAL QUIRURGICO, S.A. DE C.V.

**PREGUNTA 1:** Solicitamos a la convocante nos permita participar con productos de origen internacional, Sin ser motivo de descalificación.

**RESPUESTA:** Si, siempre y cuando se tenga el registro de la Secretaria de Salud para su venta en e país.

**PREGUNTA 2:** Solicitamos a la convocante nos aclare si se deberá de presentar registros sanitarios

**RESPUESTA:** Tal como se establece en las bases

**PREGUNTA 3:** Solicitamos a la convocante nos aclare si se está solicitando folletos del material licitado, ¿La presentación de los folletos es obligatoria?

**RESPUESTA:** No

**PREGUNTA 4:** Las muestras que se presenten ¿Serán devueltas a los Licitantes o se quedaran con ellas la Dependencia Convocante?

**RESPUESTA:** Se regresan con excepción de las que se tengan que abrir o usar.

**PREGUNTA 5:** Para esta licitación ¿Se presentara carta de apoyo del fabricante?

**RESPUESTA:** Tal como lo establecen las bases.

**PREGUNTA 6:** Solicitamos a la convocante nos permita cotizar Suturas de la marca Johnson & Johnson de procedencia de Brasil, Sin que sea motivo de desechamiento.

**RESPUESTA:** Si se permite

**PREGUNTA 7:** Partida 60 solicitamos a la convocante nos permita cotizar para esta partida la presentación de 3.75 Litros, sin ser motivo de descalificación

**RESPUESTA:** Si se permite

**PREGUNTA 8:** Partida 109, solicitamos a la convocante nos permita cotizar una marca distinta a la de Pisa , sin ser motivo de descalificación.

**RESPUESTA:** Si se permite

**PREGUNTA 9:** Partida 122 solicitamos a la convocante nos permita participar con Bolsa para sangre transfer de 150 ml empaque caja c/12 piezas

**RESPUESTA:** Si pero cotizar por pieza

# SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

## LICITACIÓN PÚBLICA 003/2011

### JUNTA DE ACLARACIONES

**PREGUNTA 10:** Partida 126, Solicitamos a la convocante nos permita participar con Brazaletes para identificación adulto, empaque con 100 piezas, sin que sea motivo de descalificación.  
**RESPUESTA:** No se permite

**PREGUNTA 11:** Partida 238, solicitamos amablemente a la convocante nos permita cotizar para esta partida Cloruro de Potasio ampollita de 10 ml caja con 100 piezas, sin que sea motivo de descalificación.  
**RESPUESTA:** Si se permite

**PREGUNTA 12:** En las partidas de soluciones solicitan envase de plástico, en esta descripción aplica ¿también para la bolsa de plástico?  
**RESPUESTA:** Es envase de plástico, no bolsa

**PREGUNTA 13:** Partida 264 solicitamos a la convocante nos especifique para esta partida si la llave de tres vías es con extensión o sin extensión, Y si podemos cotizar la marca Medex.  
**RESPUESTA:** Sin extensión si se puede cotizar cualquier marca

**PREGUNTA 14:** Partida 448 solicitamos a la convocante nos permita cotizar para esta partida la presentación de 3.85 Litros, sin ser motivo de descalificación  
**RESPUESTA:** Si se permite cotizar

**PREGUNTA 15:** Partida 658 solicitamos a la convocante nos permita cotizar para esta partida la presentación de 500 ml, sin ser motivo de descalificación  
**RESPUESTA:** Se contesto en las aclaraciones del convocante

**PREGUNTA 16:** Partida 690, solicitamos a la convocante nos indique la capacidad del globo del insumo requerido.  
**RESPUESTA:** 5 mm de diámetro

**PREGUNTA 17:** Partida 691, solicitamos a la convocante nos indique la capacidad del globo del insumo requerido.  
**RESPUESTA:** 5 mm de diámetro

**PREGUNTA 18:** Partida 692, solicitamos a la convocante nos indique la capacidad del globo del insumo requerido.  
**RESPUESTA:** 5 mm de diámetro

**PREGUNTA 19:** Partida 693, solicitamos a la convocante nos indique la capacidad del globo del insumo requerido.  
**RESPUESTA:** 5 mm de diámetro

**PREGUNTA 20:** Partida 694, solicitamos a la convocante nos indique la capacidad del globo del insumo requerido.  
**RESPUESTA:** 5 mm de diámetro

**PREGUNTA 21:** Partida 695, solicitamos a la convocante nos indique la capacidad del globo del insumo requerido.  
**RESPUESTA:** 5 mm de diámetro

**PREGUNTA 22:** Partida 696, solicitamos a la convocante nos indique la capacidad del globo del insumo requerido.  
**RESPUESTA:** 5 mm de diámetro

**PREGUNTA 23:** Partida 697, solicitamos a la convocante nos indique la capacidad del globo del insumo requerido.  
**RESPUESTA:** 5 mm de diámetro

**PREGUNTA 24:** Partida 698, solicitamos a la convocante nos indique la capacidad del globo del insumo requerido.

SERVICIO MÈDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÒN

LICITACIÒN PÚBLICA 003/2011

JUNTA DE ACLARACIONES

RESPUESTA: 5 mm de diámetro

PREGUNTA 25: Partida 699, solicitamos a la convocante nos indique la capacidad del globo del insumo requerido.

RESPUESTA: 5 mm de diámetro

PREGUNTA 26: Partida 700, solicitamos a la convocante nos indique la capacidad del globo del insumo requerido.

RESPUESTA: 5 mm de diámetro

PREGUNTA 27: Partida 702, solicitamos a la convocante nos indique la capacidad del globo del insumo requerido.

RESPUESTA: 5 mm de diámetro

PREGUNTA 28: Partida 703, solicitamos a la convocante nos indique la capacidad del globo del insumo requerido.

RESPUESTA: 5 mm de diámetro

PREGUNTA 29: Partida 704, solicitamos a la convocante nos indique la capacidad del globo del insumo requerido.

RESPUESTA: 5 mm de diámetro

PREGUNTA 30: Partida 705, solicitamos a la convocante nos indique la capacidad del globo del insumo requerido.

RESPUESTA: 5 mm de diámetro

PREGUNTA 31: Partida 706, solicitamos a la convocante nos indique la capacidad del globo del insumo requerido.

RESPUESTA: 5 mm de diámetro

PREGUNTA 32: Partida 707, solicitamos a la convocante nos indique la capacidad del globo del insumo requerido.

RESPUESTA: 5 mm de diámetro

PREGUNTA 33: Partida 708, solicitamos a la convocante nos indique la capacidad del globo del insumo requerido.

RESPUESTA: 5 mm de diámetro

PREGUNTA 34: Partida 709, solicitamos a la convocante nos indique la capacidad del globo del insumo requerido.

RESPUESTA: 5 mm de diámetro

PREGUNTA 35: Partida 710, solicitamos a la convocante nos indique la capacidad del globo del insumo requerido.

RESPUESTA: 5 mm de diámetro

PREGUNTA 36: Partida 711, solicitamos a la convocante nos indique la capacidad del globo del insumo requerido.

RESPUESTA: 5 mm de diámetro

PREGUNTA 37: Partida 712, solicitamos a la convocante nos indique la capacidad del globo del insumo requerido.

RESPUESTA: 5 mm de diámetro

PREGUNTA 38: Partida 713, solicitamos a la convocante nos indique la capacidad del globo del insumo requerido.

RESPUESTA: 5 mm de diámetro

*[Handwritten signatures and marks on the right side of the page, including a vertical signature and several circular marks.]*

*[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.]*

# SERVICIO MÈDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÒN

## LICITACIÒN PÚBLICA 003/2011

### JUNTA DE ACLARACIONES

**PREGUNTA 39:** Propuesta Técnica, en la columna de tiempo de entrega se puede llenar con: "de acuerdo a bases" o "me apegó a bases"

**RESPUESTA:** Si es correcto

**PREGUNTA 1:** PARTIDA 183 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFRECER SUTURA ABSORBIBLE DE CATGUT CRÒMICO CALIBRE 0, HEBRA DE 70 CM, AGUJA AHUSADA DE 1/2 CÍRCULO Y 36.5 MM DE LONGITUD. CAJA C/2 DOCENAS, SIN SER MOTIVO DE DESCALIFICACION.

**RESPUESTA:** Si se permite

**PREGUNTA 2:** PARTIDA 184 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SUTURA ABSORBIBLE DE CATGUT CRÒMICO CALIBRE 0, HEBRA DE 70 CM, AGUJA AHUSADA DE 1/2 CÍRCULO Y 26 MM DE LONGITUD. CAJA C/2 DOCENAS, SIN SER MOTIVO DE DESCALIFICACION.

**RESPUESTA:** Si se permite

**PREGUNTA 3:** PARTIDA 185 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SUTURA ABSORBIBLE DE CATGUT CRÒMICO CALIBRE 1, HEBRA DE 70 CM, AGUJA AHUSADA DE 1/2 CÍRCULO Y 26 MM DE LONGITUD. CAJA C/2 DOCENAS, SIN SER MOTIVO DE DESCALIFICACION.

**RESPUESTA:** Si se permite

**PREGUNTA 4:** PARTIDA 186 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SUTURA ABSORBIBLE DE CATGUT CRÒMICO CALIBRE 2-0, HEBRA DE 70 CM, AGUJA AHUSADA DE 1/2 CÍRCULO Y 26 MM DE LONGITUD. CAJA C/2 DOCENAS, SIN SER MOTIVO DE DESCALIFICACION.

**RESPUESTA:** Si se permite

**PREGUNTA 5:** PARTIDA 187 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SUTURA ABSORBIBLE DE CATGUT CRÒMICO CALIBRE 2-0, HEBRA DE 70 CM, AGUJA AHUSADA DE 1/2 CÍRCULO Y 26 MM DE LONGITUD. CAJA C/2 DOCENAS, SIN SER MOTIVO DE DESCALIFICACION.

**RESPUESTA:** Si se permite

**PREGUNTA 6:** PARTIDA 188 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SUTURA ABSORBIBLE DE CATGUT CRÒMICO CALIBRE 3-0, HEBRA DE 70 CM, AGUJA AHUSADA DE 1/2 CÍRCULO Y 26 MM DE LONGITUD. CAJA C/2 DOCENAS, SIN SER MOTIVO DE DESCALIFICACION.

**RESPUESTA:** Si se permite

**PREGUNTA 7:** PARTIDA 189 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR SUTURA ABSORBIBLE DE CATGUT CRÒMICO CALIBRE 5-0, HEBRA DE 70 CM, AGUJA AHUSADA DE 1/2 CÍRCULO Y 17 MM DE LONGITUD. CAJA C/2 DOCENAS, SIN SER MOTIVO DE DESCALIFICACION.

**RESPUESTA:** Si se permite

**PREGUNTA 8:** PARTIDA 190 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SUTURA ABSORBIBLE DE CATGUT CRÒMICO CALIBRE 3-0, HEBRA DE 70 CM, AGUJA AHUSADA DE 1/2 CÍRCULO Y 36.5 MM DE LONGITUD. CAJA C/2 DOCENAS, SIN SER MOTIVO DE DESCALIFICACION.

**RESPUESTA:** Si se permite

**PREGUNTA 9:** PARTIDA 191 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR SUTURA ABSORBIBLE DE CATGUT CRÒMICO CALIBRE 1, HEBRA DE 70 CM, AGUJA AHUSADA DE 1/2 CÍRCULO Y 36.5 MM DE LONGITUD. CAJA C/2 DOCENAS, SIN SER MOTIVO DE DESCALIFICACION.

**RESPUESTA:** si se permite

**PREGUNTA 10:** PARTIDA 192 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SUTURA ABSORBIBLE DE CATGUT CRÒMICO CALIBRE 4-0, HEBRA DE 70 CM, AGUJA AHUSADA DE 1/2 CÍRCULO Y 26 MM DE LONGITUD. CAJA C/2 DOCENAS, SIN SER MOTIVO DE DESCALIFICACION.

**RESPUESTA:** Si se permite

SERVICIO MÈDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA 003/2011

JUNTA DE ACLARACIONES

**PREGUNTA 11:** PARTIDA 193 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR SUTURA ABSORBIBLE DE CATGUT SIMPLE CALIBRE 2-0, HEBRA DE 70 CM, CON AGUJA AHUSADA 1/2 CÍRCULO Y 26 MM DE LONGITUD, CAJA C/2 DOCENAS, SIN SER MOTIVO DE DESCALIFICACION.  
**RESPUESTA:** Si se permite

**PREGUNTA 12:** PARTIDA 194 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR SUTURA ABSORBIBLE DE CATGUT SIMPLE CALIBRE 3-0, HEBRA DE 70 CM, CON AGUJA AHUSADA 3/8 CÍRCULO Y 19 MM DE LONGITUD, CAJA C/2 DOCENAS, SIN SER MOTIVO DE DESCALIFICACION.  
**RESPUESTA:** No se permite

**PREGUNTA 13:** PARTIDA 195 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR SUTURA ABSORBIBLE DE CATGUT SIMPLE CALIBRE 4-0, HEBRA DE 70 CM, CON AGUJA AHUSADA 3/8 CÍRCULO Y 19 MM DE LONGITUD, SIN SER MOTIVO DE DESCALIFICACION.  
**RESPUESTA:** Si se permite,

**PREGUNTA 14:** PARTIDA 489 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR MALLA PLANA DE BAJA DENSIDAD ESTERIL SINTETICA PARCIALMENTE ABSORBIBLE 50% DE POLIPROPILENO LIGERO Y 50% POLIGLECAPRONE (MONOCRYL) DE 30 X 30 CM, CODIGO UML1 DE LA MARCA J&J, SIN SER MOTIVO DE DESCALIFICACION.  
**RESPUESTA:** No se permite, requerimos la mersilene

**PREGUNTA 15:** PARTIDA 510 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR SUTURA SINTÉTICA NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA 3/8 DE CÍRCULO, REVERSO CORTANTE DE 26 MM, CALIBRE 2-0, LONGITUD DE LA HEBRA 45 CM, SIN SER MOTIVO DE DESCALIFICACION.  
**RESPUESTA:** Si se permite

**PREGUNTA 16:** PARTIDA 511 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR SUTURA SINTÉTICA NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA AHUSADA 3/8 DE CÍRCULO DE 36.4 MM, CALIBRE 2-0, LONGITUD DE LA HEBRA 75 CM, SIN SER MOTIVO DE DESCALIFICACION.  
**RESPUESTA:** Si se permite

**PREGUNTA 17:** PARTIDA 512 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR SUTURA SINTÉTICA NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA AHUSADA 1/2 DE CÍRCULO DE 26 MM, CALIBRE 0, LONGITUD DE LA HEBRA 75 CM, SIN SER MOTIVO DE DESCALIFICACION.  
**RESPUESTA:** Si se permite

**PREGUNTA 18:** PARTIDA 513 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR SUTURA SINTÉTICA NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA AHUSADA 1/2 DE CÍRCULO DE 36.4 MM, CALIBRE 1, LONGITUD DE LA HEBRA 75 CM, SIN SER MOTIVO DE DESCALIFICACION.  
**RESPUESTA:** Si se permite

**PREGUNTA 19:** PARTIDA 514 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR SUTURA SINTÉTICA NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA 3/8 DE CÍRCULO, REVERSO CORTANTE DE 16 MM, CALIBRE 5-0, LONGITUD DE LA HEBRA 45 CM, SIN SER MOTIVO DE DESCALIFICACION.  
**RESPUESTA:** Si se permite

**PREGUNTA 20:** PARTIDA 515 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR SINTETICA NO ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO EN MONOFILAMENTO, CALIBRE DE SUTURA 6-0, LONGITUD DE HEBRA 75 CM, AGUJA AHUSADA 3/8 CIRCULO DE 13 MM DE LONGITUD, DOBLE ARMADO, SIN SER MOTIVO DE DESCALIFICACION.  
**RESPUESTA:** Si se permite





SERVICIO MÈDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÒN

LICITACIÒN PÙBLICA 003/2011

JUNTA DE ACLARACIONES

**PREGUNTA 31:** PARTIDA 586 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR SUTURA SINTÈTICA NO ABSORBIBLE DE POLIÈSTER TRENZADO, CON RECUBRIMIENTO, CON AGUJA DE 1/2 CÌRCULO, DOBLE ARMADA AHUSADA DE 17 MM, CALIBRE 4-0, LONGITUD DE LA HEBRA 90 CM, SIN SER MOTIVO DE DESCALIFICACION.

**RESPUESTA:** Si se permite

**PREGUNTA 32:** PARTIDA 629 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA CON AGUJA DE 1/2 CÌRCULO AHUSADA DE 26 MM, CALIBRE 0, HEBRA DE 75 CM, SIN SER MOTIVO DE DESCALIFICACION.

**RESPUESTA:** Si se permite

**PREGUNTA 33:** PARTIDA 630 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA CON AGUJA DE 1/2 CÌRCULO AHUSADA DE 36.4 MM, CALIBRE 2-0, HEBRA DE 75 CM, SIN SER MOTIVO DE DESCALIFICACION.

**RESPUESTA:** Si se permite

**PREGUNTA 34:** PARTIDA 636 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA CON AGUJA DE 1/2 CÌRCULO AHUSADA DE 26 MM, CALIBRE 4-0, HEBRA DE 75 CM, SIN SER MOTIVO DE DESCALIFICACION.

**RESPUESTA:** Si se permite

**PREGUNTA 35:** PARTIDA 637 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA CON AGUJA DE 1/2 CÌRCULO AHUSADA DE 26 MM, CALIBRE 2-0, HEBRA DE 75 CM, SIN SER MOTIVO DE DESCALIFICACION.

**RESPUESTA:** Si se permite

**PREGUNTA 36:** PARTIDA 640 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA CON AGUJA DE 1/2 CÌRCULO AHUSADA DE 26 MM, CALIBRE 3-0, HEBRA DE 75 CM, SIN SER MOTIVO DE DESCALIFICACION.

**RESPUESTA:** Si se permite

**PREGUNTA 37:** PARTIDA 726 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR SUTURA SINTÈTICA NO ABSORBIBLE DE POLIÈSTER TRENZADO, CON RECUBRIMIENTO, CON AGUJA DE 1/2 CÌRCULO, CORTANTE DE 48 MM, CALIBRE 5 LONGITUD DE LA HEBRA 75 CM, SIN SER MOTIVO DE DESCALIFICACION.

**RESPUESTA:** Si se permite

**PREGUNTA 38:** PARTIDA 727 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR SUTURA SINTÈTICA NO ABSORBIBLE DE POLIÈSTER TRENZADO, CON RECUBRIMIENTO, CON AGUJA DE 1/2 CÌRCULO, DOBLE ARMADA AHUSADA DE 17 MM, CALIBRE 5-0, LONGITUD DE LA HEBRA 90 CM, SIN SER MOTIVO DE DESCALIFICACION.

**RESPUESTA:** Si se permite

**PREGUNTA 39:** PARTIDA 728 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR SUTURA SINTÈTICA ABSORBIBLE, POLÌMERO DE ÀCIDO GLICÒLICO, TRENZADO CON AGUJA 1/2 CÌRCULO, AHUSADA DE 26 MM, CALIBRE 0, HEBRA DE 70 CM, SIN SER MOTIVO DE DESCALIFICACION.

**RESPUESTA:** Si se permite

**PREGUNTA 40:** PARTIDA 729 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR SUTURA SINTÈTICA ABSORBIBLE, POLÌMERO DE ÀCIDO GLICÒLICO TRENZADO, CON AGUJA 1/2 CÌRCULO AHUSADA DE 36 MM, CALIBRE DE 1, HEBRA DE 70 CM, SIN SER MOTIVO DE DESCALIFICACION.

**RESPUESTA:** Si se permite

**PREGUNTA 41:** PARTIDA 730 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR SUTURA SINTÈTICA ABSORBIBLE, POLÌMERO DE ÀCIDO GLICÒLICO, TRENZADO CON AGUJA 1/2 CÌRCULO, AHUSADA DE 36 MM, CALIBRE 0, HEBRA DE 70 CM, SIN SER MOTIVO DE DESCALIFICACION.

**RESPUESTA:** Si se permite

15/11

SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA 003/2011

JUNTA DE ACLARACIONES

**PREGUNTA 42:** PARTIDA 731 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE POLIMERO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y LACTICO, CALIBRE DE SUTURA 2-0, LONGITUD DE HEBRA DE 70 CM, AGUJA AHUSADA 1/2 CIRCULO DE 36MM DE LONGITUD, SIN SER MOTIVO DE DESCALIFICACION.

**RESPUESTA:** Si se permite

**PREGUNTA 43:** PARTIDA 732 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLE, POLÍMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO, TRENZADO CON AGUJA 1/2 CÍRCULO, AHUSADA DE 26 MM, CALIBRE 2-0, HEBRA DE 70 CM, SIN SER MOTIVO DE DESCALIFICACION.

**RESPUESTA:** Si se permite

**PREGUNTA 44:** PARTIDA 733 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLE, POLÍMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO TRENZADO, AGUJA ESPATULADA 1/4 CÍRCULO DE 8 MM DE LONGITUD, CALIBRE 6-0, HEBRA DE 45 CM. DOBLE ARMADO OFTALMICA, SIN SER MOTIVO DE DESCALIFICACION.

**RESPUESTA:** No se permite

**PREGUNTA 45:** PARTIDA 734 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLE, POLÍMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO, TRENZADO CON AGUJA 1/2 CÍRCULO, AHUSADA DE 36 MM, CALIBRE 2-0, HEBRA DE 70 CM, SIN SER MOTIVO DE DESCALIFICACION.

**RESPUESTA:** Si se permite

**PREGUNTA 46:** PARTIDA 735 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLE, POLÍMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO, TRENZADO CON AGUJA 1/2 CÍRCULO, AHUSADA DE 26 MM, CALIBRE 3-0, HEBRA DE 70 CM, SIN SER MOTIVO DE DESCALIFICACION.

**RESPUESTA:** Si se permite

**PREGUNTA 47:** PARTIDA 736 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLE, POLÍMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO, TRENZADO CON AGUJA 1/2 CÍRCULO, AHUSADA DE 26 MM, CALIBRE 4-0, HEBRA DE 70 CM, SIN SER MOTIVO DE DESCALIFICACION.

**RESPUESTA:** Si se permite

**PREGUNTA 48:** PARTIDA 737 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLE, POLÍMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO, TRENZADO CON AGUJA UROLOGICA 5/8 CÍRCULO, AHUSADA DE 36 MM, CALIBRE 3-0, HEBRA DE 70 CM. CAJA C/3 DOCENAS, SIN SER MOTIVO DE DESCALIFICACION.

**RESPUESTA:** Si se permite

**PREGUNTA 49:** PARTIDA 738 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE POLIMERO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y LACTICO, CALIBRE DE SUTURA 3-0, LONGITUD DE HEBRA DE 45 CM, AGUJA REVERSO CORTANTE (PS-1) 3/8 CIRCULO DE 24 MM DE LONGITUD, SIN SER MOTIVO DE DESCALIFICACION.

**RESPUESTA:** Si se permite

**PREGUNTA 50:** PARTIDA 739 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE POLIMERO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y LACTICO, CALIBRE DE SUTURA 3-0, LONGITUD DE HEBRA DE 45 CM, AGUJA REVERSO CORTANTE (PS-1) 3/8 CIRCULO DE 24 MM DE LONGITUD, SIN SER MOTIVO DE DESCALIFICACION.

**RESPUESTA:** No se permite debe ser la de 36 mm de longitud

**PREGUNTA 51:** PARTIDA 740 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLE, POLÍMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO, TRENZADO CON AGUJA 1/2 CÍRCULO, AHUSADA DE 26 MM, CALIBRE 1, HEBRA DE 70 CM. CAJA C/3 DOCENAS, SIN SER MOTIVO DE DESCALIFICACION.

**RESPUESTA:** Si se permite

**PREGUNTA 52:** PARTIDA 741 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE, POLÍMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO, TRENZADO CON AGUJA 1/2 CÍRCULO,

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures]*

SERVICIO MÈDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÒN

LICITACIÒN PÚBLICA 003/2011

JUNTA DE ACLARACIONES

AHUSADA DE 36 MM, CALIBRE 0, HEBRA DE 70 CM. CAJA C/3 DOCENAS, SIN SER MOTIVO DE DESCALIFICACION.

RESPUESTA: Si se permite

PREGUNTA 53: PARTIDA 742 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE POLIMERO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y LACTICO, CALIBRE DE SUTURA 5-0, LONGITUD DE HEBRA DE 70 CM, AGUJA AHUSADA 1/2 CIRCULO DE 17 MM DE LONGITUD, SIN SER MOTIVO DE DESCALIFICACION.

RESPUESTA: Si se permite

DESCAR

PARTIDA 85 DICE: BATA PARA MEDICO O PACIENTE DE 60GR.

PREGUNTA : ESTE PRODUCTO LO REQUIEREN EN TELA SPUNLACE DE 68GRS. ?  
R=SI SE REQUIERE TELA SPUNLACE

PARTIDA 86 DICE: BATA PARA CIRUJANO ESTERIL C/PUÑO DE ALGODÓN.

PREGUNTA : ESTE PRODUCTO LO REQUIEREN EN TELA SPUNLACE DE 68GRS. Y QUE INCI TOALLA PARA MANOS Y ENVOLTURA ?  
R=SI

PARTIDA 125 DICE: BOTA QUIRURGICA DE TELA DESECHABLE IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS CON PLANTILLA REFORZADA CON DOS CINTAS DE SUJECION.

PREGUNTA : ESTE PRODUCTO LO REQUIEREN EN TELA SPUNLACE DE 68GRS. ?  
R=SPUNLACE

PARTIDA 319 DICE: EQUIPO PARA AMORTAJAR ADULTO.

PREGUNTA : ESTE PRODUCTO LO REQUIEREN EN TELA SPUNLACE DE 68GRS. Y QUE CONTENGA UNA CAPA DE TELA ABSORBENTE ?  
R=NO

PARTIDA 410 DICE: GORRO DESECHABLE ANATOMICO PARA CIRUJANO .

PREGUNTA : ESTE PRODUCTO LO REQUIEREN EN TELA SPUNLACE DE 68GRS. ?  
R=SPUNLACE

PARTIDA 558 DICE: PAQUETE QUIRURGICO BASICO MENOR.

PREGUNTA : ESTE PRODUCTO LO REQUIEREN EN TELA SPUNLACE DE 68GRS. Y

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*  
*Handwritten signature*  
*Handwritten signature*

*Handwritten signature*  
*Handwritten signature*  
*Handwritten signature*

SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA 003/2011

JUNTA DE ACLARACIONES

QUE CONTENGA 3 BATAS PARA CIRUJANO ?

R=SPUNLACE CON TRES

PARTIDA 559 DICE: PAQUETE QUIRURGICO UNIVERSAL MAYOR.

PREGUNTA : ESTE PRODUCTO LO REQUIEREN EN TELA SPUNLACE DE 68GRS. Y QUE CONTENGA 3 BATAS PARA CIRUJANO Y EN LAS AREAS CRITICAS DE LAS SABANAS QUE SEA ABSORBENTE E IMPERMEABLE ?

R=SPUNLACE Y TRES BATAS

PARTIDA 798 DICE: UNIFORME QUIRURGICO UNITALLA DESECHABLE CON CAMISA, PANTALON, PAR DE BOTAS, COFIA Y CUBREBOCAS.

PREGUNTA : ESTE PRODUCTO LO REQUIEREN EN TELA SPUNLACE DE 68GRS. CON EXCEPCION DEL CUBREBOCA ?

R=SPUNLACE

COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN

Partida 465

Solicitamos a la convocante nos permita cotizar con estas características al no estar ya fabricando B Brown de México S.A esta clave la sustituye por la clave perifix 301 la cual contiene los mismos componentes y agregando una jeringa lor.

R=Si se puede, agregando a la propuesta el comprobante de baja de la clave por parte del fabricante

Partida 463

olicitamos a la convocante nos permita cotizar con estas características al no estar ya fabricando B Brown de México S.A esta clave la sustituye por la clave perifix 302 la cual contiene los mismos componentes y agregando una jeringa lor.

R=Si se puede, agregando a la propuesta el comprobante de baja de la clave por parte del fabricante

Preguntas administrativas

1) Solicitamos a la convocante nos permita presentar catalogos en las partidas que requieren muestras que su precio comercial sea mayor de \$3000.00 y su solicitud de compra sea de 5 piezas.

R=Si, presentando catálogo y ficha técnica

# SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

## LICITACIÓN PÚBLICA 003/2011

### JUNTA DE ACLARACIONES

2) Solicitamos a la convocante nos permita presentar muestras por familia como lo solicitan en las bases en el punto 21 y lo confirman en el punto 21.1












R= Si por familia, pero identificando en cada muestra las partidas a las que corresponde la muestra y en las cuales participa.

3) Al confirmar nuestra solicitud de la pregunta anterior la convocante nos proporcionara la lista por familia o entregaremos muestras por familia según el criterio de proveedores.

R=Tratándose de partidas similares que se diferencian únicamente por medida o tamaño si se puede presentar por familia; deben de cumplir con las muestras que especifica el catálogo anexo 1 y tomando en consideración la respuesta anterior.

Sin otro asunto que tratar, ni consideraciones a agregar, se da por terminada esta junta de aclaraciones de la licitación 003/2011, siendo las 15:00 horas del día 22 de noviembre 2011. Firman los presentes.

#### POR LOS PROVEEDORES










NOMBRE	EMPRESA	FIRMA
Domingo Moreno Ibarra	Laboratorios PISA	
	Ucin Médica	
Juan Manuel Esparza Luevano	Juan Manuel Esparza Luevano	
Manuel Adame Garza	Soluciones y Material Quirúrgico	
Enrique Cárdenas Mejía	Descar de México	
Ana Ma. Aguilar	Grupo Moravi	
Juan Ramón Ramos	Silvia Nieto Morales	
Ma. Esthela Vargas	Comercializadora Médica Alvasan	
René Gerardo Salazar Robledo	Comercializadora de react. p/lab. Y mat. p/hospital	
Thelma Yarrito Garza	Médica Gala	
Patricia Nieto	Karla Ismenne Hernández Rdz.	
Miguel Augusto Martínez	Comercial Alpro	

SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA 003/2011

JUNTA DE ACLARACIONES

POR EL SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

NOMBRE	PUESTO	FIRMA
PROFR. FRANCISCO BENITO PARRA MIRELES	DIRECTOR DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN	
PROFR. ROBERTO GARCÍA HERNÁNDEZ	SUBDIRECTOR TÉCNICO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN	
PROFR. RICARDO QUIROZ ZAMORA	SUBDIRECTOR FINANCIERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN	
DR. JAIME RODRÍGUEZ GONZÁLEZ	VOCAL EJECUTIVO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN	
PROFR. CARLOS GONZÁLEZ VIERA	VOCAL DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES	
PROFR. CERVANDO GONZÁLEZ PADILLA	VOCAL DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES	
PROFRA. MA. MAGDALENA CEPEDA SALAS	VOCAL DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES	
PROFR. MANUEL REYNALDO RODRIGUEZ MARTINEZ	VOCAL DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES	
LIC. JAVIER EVARISTO GALVÁN RODRÍGUEZ	INVITADO	
PROFR. ALEJANDRO FLORES GUZMÁN	INVITADO	