



SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA 002/2018

JUNTA DE ACLARACIONES

En la ciudad de Saltillo, capital del Estado de Coahuila de Zaragoza, siendo las 11:00 hrs. del día 16 de febrero de 2018, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 42, 52 y 70 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Coahuila de Zaragoza y en las bases de la licitación nacional 002/2018, para la adquisición de material de curación incluidos en el “catálogo de material de curación” del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, se reunieron en el Salón “Presidentes” ubicado en el edificio que ocupa el Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, en Boulevard los Álamos #3685-3 Col. San José de los Cerritos en esta ciudad de Saltillo Coahuila, para llevar a cabo la Junta de Aclaraciones, los proveedores interesados cuyos nombres y firmas figuran al calce y final de esta acta; así como los funcionarios siguientes:

El Ing. Alejandro Treviño Saldaña, Director General y Dictaminador Técnico del Subcomité de Adquisiciones, Profr. Ricardo Hernández Espino, Vocal del Consejo de Administración y Vocal del Subcomité de Adquisiciones y el Ing. Sergio de la Peña Chapa, Director de Recursos Materiales del Servicio Médico y Vocal del Subcomité de Adquisiciones,

El Profr. Ricardo Hernández Espino, en su carácter de Vocal del Consejo de Administración y Vocal del Subcomité de Adquisiciones hace uso de la palabra para dar la bienvenida y agradecer la asistencia de los participantes y explica de manera suscrita el motivo de la reunión, destacando la importancia del evento y en seguida concede el uso de la palabra a quien lo solicita para los efectos que estimen pertinentes y en este orden se hacen las siguientes:

ACLARACIONES

Por el Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación:

- En los medicamentos y soluciones de uso hospitalario se requiere copia del registro de COFEPRIS impreso y en la parte superior por escrito el número de partida al que pertenece. En caso de no presentarlo quedará descalificada esa partida.
- En la partida 275 “EQUIPO DE VENOCLISIS CONVENCIONAL DESECHABLE ESTERILIZADO Y LIBRE DE PIROGENOS ELABORADO CON MATERIALES PLASTICOS GRADO MEDICO COMPUESTO DE CUBRE BAYONETA DE PLASTICO TRANSPARENTE, BAYONETA DE PLASTICO RIGIDO CON FILTRO HIDROFOBO DE AIRE, SOPORTE DE BAYONETA EMPAQUE C/1 PIEZA” la cantidad correcta a licitar son 41,280 piezas.
- Se agrega una partida:



SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA 002/2018

JUNTA DE ACLARACIONES

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	MUESTRA	CANTIDAD A LICITAR
680	BOMBA PARA INFUSIÓN DE LIQUIDOS CORPORALES Y EQUIPO A COMODATO	BOMBA	SI	114

Que incluya la capacitación del equipo.

- En la partida 379 que corresponde a las lancetas desechable, no se cotiza, se agrega una nota "la cotización de esta partida se incluye en la partida 615", que corresponde a la tira para diagnóstico de glucosa en sangre.

Por los licitantes:

- Médica GALA, S.A de C.V.

1.- SE ENTIENDE QUE EN LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA DEBERA PRESENTARSE EN CD O USB A RENGLON SEGUIDO SIN ELIMINAR EN LAS QUE NO PARTICIPE ¿EN LA PRESENTACION EN PAPEL FISICO PODEMOS ELIMINAR LAS PARTIDAS EN LAS QUE NO PARTICIPAREMOS?

RESPUESTA: No puede eliminar partidas, solamente dejar en blanco.

2.-EN EL CASO DE LAS MUESTRAS ¿PODEMOS PRESENTAR MUESTRA DEL PRODUCTO QUE NO SEA LA PRESENTACION QUE SOLICITAN? , ES DECIR UN GALON PRESENTAR UN FCO C/200 M.L., CAJA C/1000 BOLSA PRESENTAR UNA BOLSA?

RESPUESTA: Sí.

3.-EN LA PARTIDA 645 VASO ESTERIL PARA RECOLECCION DE ORINA PARA ANALISIS 80 M.L., SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PUDIERA PERMITIR COTIZAR VASO ESTERIL PARA RECOLECCION DE ORINA PARA ANALISIS 100 M.L.

RESPUESTA: Sí.

4.- EN LA PARTIDA 645 VASO ESTERIL PARA RECOLECCION DE ORINA PARA ANALISIS 80 M.L.,

¿ES CORRECTA LA PRESENTACION CAJA C/300?

RESPUESTA: Puede enviarse por unidad y son en total 25000 piezas.

5.- PARA LAS PARTIDAS DE SUTURAS COMO LO QUE SON NYLON, CATGUT CROMICO, CATGUT SIMPLE, ACIDO POLIGLICOLICO Y/O VICRYL SOLICITAN CAJA CON 24 O 36 SOBRES, PODEMOS ENTREGAR CAJA C/12 HACIENDO CONVERSIÓN PARA LA PRESENTACIÓN QUE SOLICITA?

RESPUESTA: Sí.



SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA 002/2018

JUNTA DE ACLARACIONES

- Comercializadora Médica Alvasan S.A DE C.V.

A) Dudas Administrativas:

1 SOLICITAMOS AMABLMENTE A LA CONVOCANTE QUE SEA ACEPTADO CATALOGO REFERENCIADO EN SUSTITUCION DE LAS MUESTRAS QUE SU COSTO SEA SUPERIOR DE 3,000.00, ENCOTRAMOS EN ANEXO 10 PARTIDAS APROXIMADAMENTE CON COSTO MAS ALTA DE \$ 3,000.00 ¿SE ACEPTA

RESPUESTA: Sí

2) SOLICITAMO A AMABLMENTE A LA CONVOCANTE QUE SEA ACEPTADAS MUESTRAS POR FAMILIA SE APLICARIA ETIQUETAS POR CADA PARTIDA DE MUESTRA ¿SE ACEPTA

RESPUESTA: Sí

3) SOLICITAMOS AMABLMENTE A LA CONVOCANTE PODER ENTREGAR MUESTRAS UNOS DIAS ANTES DEL EVENTO YA QUE SE SOLICITAN 675 MUESTRAS (19 AL 23 FEBRERO 2018) ¿SE ACEPTA

RESPUESTA: Sí

4) SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECTIFICAR QUE PODREMOS PRESENTAR COTIZACION DE PRODUCTOS DE PRODECENCIA INTERNACIONAL ¿SE ACEPTA

RESPUESTA: Sí, con etiqueta descriptiva con traducción al español.

B) Dudas del Anexo 1 de Requerimientos: (Técnicas)

PARTIDA

PREGUNTAS

<p>EQUIPO DE VENOCLISIS CONVENCIONAL DESECHABLE ESTERILIZADO Y LIBRE DE PIROGENOS ELABORADO CON MATERIALES PLASTICOS GRADO MEDICO COMPUESTO DE CUBRE BAYONETA DE PLASTICO</p> <p>TRANSPARENTE, BAYONETA DE PLASTICO RIGIDO CON FILTRO HIDROFOBO DE AIRE, SOPORTE DE BAYONETA</p> <p>275</p>	<p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONFIRMAR SI ESTA ES LA CANTIDAD DE EQUIPOS A SOLICITAR 100 PZA</p> <p>RESPUESTA: La cantidad a licitar es 41,280 piezas.</p>
---	---


[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]




SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA 002/2018

JUNTA DE ACLARACIONES

	EMPAQUE C/1 PIEZA 100 PZA	
428	NINA SCRUB SOLUCIÓN GERMICIDA PARA DESINFECCION PREOPERATORIA Y POSTOPERATORIA	SOLICITAMOS AMABLMENTE A LA CONVOCANTE Favor de eliminar la palabra NINA SCRUB SOLUCION ya que hace referencia a una marca en específico limitando la competencia y encareciendo el insumo a comprar sin ser necesario. O bien nos permita cotiza alguna otra marca ¿SEACEPTA ? RESPUESTA: Sí, siempre que cumpla con la concentración requerida con la descripción.
440	PAPEL DEXTRASA C/50 KG.	SOLICITAMOS AMABLMENTE A AL CONVOCANTE PRESENTAR UNA MUESTRA REPRESENTATIVA YA QUE EL PESOS DEL PRODUCTO ES DE 50 KG ¿SE ACEPTA? RESPUESTA: Sí.
397	MALLA MERSILENE RML 30X30, PIEZA	SOLICITAMOS AMABLMENTE A LA CONVOCANTE Favor de eliminar la palabra MERSILENE RML ya que hace referencia a una marca en especifico limitando la competencia y encareciendo el insumo a comprar sin ser necesario. O bien nos permita cotiza marca BBRUAN MEDICAL ¿SE ACEPTA? RESPUESTA: Sí.
155	PAPEL PARA ENVOLTURA KRAFT DE 15 KG. Y 45 CM. DE ANCHO ROLLO	SOLICITAMOS AMABLMENTE A AL CONVOCANTE PRESENTAR UNA MUESTRA REPRESENTATIVA YA QUE EL PESOS DEL PRODUCTO ES DE 15 KG ¿SE ACEPTA? RESPUESTA: Sí.



MW



SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA 002/2018

JUNTA DE ACLARACIONES

461	KIT PERSIA IV PARA ANESTESIA EPIDURAL 18G 1/2" CATETER PERIFIX 300	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE MODIFICAR EL MODELO DE PERIFIX A 401 YA QUE L MODELO 300 YA ESTA DESCONTINUADO ¿se acepta ? RESPUESTA: Sí.
462	KIT PERSIA IV PARA ANESTESIA EPIDURAL 16G AGUJA Y CATETER PERIFIX #310	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE MODIFICAR EL MODELO DE PERIFIX A 401 YA QUE L MODELO 300 YA ESTA DESCONTINUADO ¿Se acepta? RESPUESTA: Sí.
615	TIRAS PARA DIAGNOSTICO DE GLUCOSA EN SANGRE PARA USO EN GLUCOMETRO.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SI ES REQUERIDOS EQUIPOS A COMODATO RESPUESTA: Sí.
469	PLACA PARA ELECTROCAUTERIO SIN CABLE CON GEL ADHESIVO RECTANGULAR PEDIÁTRICA (1146 3M)	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE Favor de eliminar la palabra 1146 3M ya que hace referencia a una marca en especifico limitando la competencia y encareciendo el insumo a comprar sin ser necesario. O bien nos permita cotiza marca BBRUAN AESCULAP ¿SE ACEPTA? RESPUESTA: Sí.
470	PLACA PARA ELECTROCAUTERIO SIN CABLE CON GEL ADHESIVO RECTANGULAR ADULTO 1149 3M	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE Favor de eliminar la palabra 1149 3M ya que hace referencia a una marca en especifico limitando la competencia y encareciendo el insumo a comprar sin ser necesario. O bien nos permita cotiza MARCA BBRUAN AESCULAP ¿SE ACEPTA? RESPUESTA: Sí.
603	APOSITO TRANSPARENTE MICROPOROSO AUTOHADERIBLE Y DESECHABLE 10 X 12 CM. TEGADERM	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE Favor de eliminar la palabra TEGADERM ya que hace referencia a una marca en específico limitando la competencia y encareciendo el insumo a comprar sin ser necesario. O bien nos permita cotiza APOSITO TRANSPARENTE MICROPOROSO DESCEHABLE AUTO ADHERIBLE ESTERIL 10 X 12 CM ¿SE ACEPTA? RESPUESTA: No.

M 9 J



SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA 002/2018

JUNTA DE ACLARACIONES

604	APOSITO TRANSPARENTE I.V. REFORZADO PARA VENOCLISIS RECUBIERTO DE UN ADHESIVO HIPOALERGENICO PARA ADULTO 7 CM X 8.5 CM . (3 M) 1633	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE Favor de eliminar la palabra 3 M 1633 ya que hace referencia a una marca en especifico limitando la competencia y encareciendo el insumo a comprar sin ser necesario. O bien nos permita cotiza APOSITO TRANSPARENTE MICROPOROSO DESCEHABLE AUTO ADHERIBLE ESTERIL 7 X 9 CM I.V. ¿SE ACEPTA? RESPUESTA: No.
605	APOSITO TRANSPARENTE I.V. REFORZADO PARA VENOCLISIS RECUBIERTO DE UN ADHESIVO HIPOALERGENICO PARA PEDIATRICO 7 CM X 8.5 CM . (3 M) 1610	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE Favor de eliminar la palabra 3M 1610 ya que hace referencia a una marca en especifico limitando la competencia y encareciendo el insumo a comprar sin ser necesario. O bien nos permita cotiza APOSITO TRANSPARENTE MICROPOROSO DESCEHABLE AUTO ADHERIBLE ESTERIL 6 X 7 CM ¿SE ACEPTA? RESPUESTA: No.
473	PORT-A-CATH VENOSO BAJO PERFIL 8.4	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE LOS PERMITA COTIZAR LA MIEDIDA 8.5 PERFIL BAJO PARA NO LIMITAR LA PARTICIPACION EN UNA SOLA MARCA YA QUE EN EL MERCADO UNA SOLA MARCA CUENTA CON ESTA MEDIDA encareciendo el insumo a comprar sin ser necesario. O bien nos permita cotiza MARCA CELSITE BBRAUN ¿SE ACEPTA? RESPUESTA: Sí.
242	GRAPADORA DE 10 MM. C/20 GRAPAS PARA LAPAROSCOPIA ENDOCLIP	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE LOS PERMITA COTIZAR GRAPADORA REUSABLE LA CUAL SE ENTREGARA A COMODATO EN CADA UNA DE SUS UNIDADES MEDICAS Y LA CONVOCANTE PAGARA SOLAMENTE LAS GRAPAS QUE SON UTILIZADAS TENIENDO UN AHORRO DEL 70% DEL COSTO DE UNA GRAPADORA DESECHABLE encareciendo el insumo a comprar sin ser necesario. ¿SE ACEPTA? RESPUESTA: Sí.

6

93 M



SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA 002/2018

JUNTA DE ACLARACIONES

414	MERSILENE POLIESTER TRENZADO COLOR BLANCO SIN RECUBRIMIENTO CINTA DE CERCLAJE EN GINECOLOGIA LONG. 5 MM X 30 CM	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE Favor de eliminar la palabra MERSILENE ya que hace referencia a una marca en especifico limitando la competencia y encareciendo el insumo a comprar sin ser necesario. O bien nos permita cotiza MARCA CERVISSET CERVIX SET BBRAUN ¿SE ACEPTA? RESPUESTA: Sí.
-----	---	--

En la partida 680 de la bomba ¿se va a cotizar el insumo?

RESPUESTA: se cotizan los insumos de acuerdo a la marca y características de la bomba .

- Impulsora de Especialidad Médica Victoria.

1. Referente a las partidas 139 a la 150 se requiere en la descripción como "Cat Gut" marca Ethicon, se solicita a la presente puede cotizar otra marca Atramat.

RESPUESTA: No.

2. Referente a la partida 428. En la presentación del producto se describe "NINA SCRUB SOLUCIÓN GERMICIDA PARA DESINFECCION PREOPERATORIA Y POSTOPERATORIA, ENVASE DE 4 LITROS" por lo cual se solicita a la presente poder cotizar presentación de 3.780 Lt. Marca Altamirano.

RESPUESTA: Sí, siempre que cumpla con la concentración requerida con la descripción.

Sin otro asunto que tratar, ni consideraciones a agregar, se da por terminada esta junta de aclaraciones siendo las 11:25 horas.

POR LOS PROVEEDORES

NOMBRE	EMPRESA	FIRMA
María Esthela Vargas	Comercializadora Medica Alvasán	
José Guadalupe Yarrito Garza	Medica Gala S.A. de C.V	
Lizeth Reyes Uballe	Martha Beatriz Anaya S.	



SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA 002/2018

JUNTA DE ACLARACIONES

POR EL SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

NOMBRE	PUESTO	FIRMA
ING. ALEJANDRO TREVIÑO SALDAÑA	DIRECTOR GENERAL	
PROFR. RICARDO HERNANDEZ ESPINO	VOCAL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN	
ING. SERGIO DE LA PEÑA CHAPA	DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	

RSW